

Số: /TTYT-KD
Về việc yêu cầu báo giá để làm căn cứ
xây dựng dự toán mua sắm thiết bị y tế
năm 2027 cho Trung tâm Y tế khu vực
Hội An.

Hội An, ngày tháng 8 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp thiết bị y tế.

Trung tâm Y tế khu vực Hội An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm căn cứ xây dựng dự toán mua sắm thiết bị y tế năm 2027 với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Trung tâm Y tế khu vực Hội An
- Địa chỉ: 04 Trần Hưng Đạo, Phường Hội An, Thành phố Đà Nẵng.

2. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá:

- Khoa Dược - Vật tư, thiết bị y tế, Trung tâm Y tế khu vực Hội An;
- Địa chỉ: 04 Trần Hưng Đạo, Phường Hội An, thành phố Đà Nẵng.
- Số điện thoại: 0235 3861309
- Email: khoaduocbvha12345@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Hồ sơ báo giá nhận qua đường Bưu điện, tại địa chỉ: Khoa Dược - Vật tư, thiết bị y tế, Trung tâm Y tế khu vực Hội An - 04 Trần Hưng Đạo, Phường Hội An, thành phố Đà Nẵng;

- File mềm và file Scan gửi vào email (đã có cung cấp email ở Mục 2)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Đến trước 15h00 ngày 16 tháng 9 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại (Máy xét nghiệm sinh hóa tự động)	Chi tiết theo Phụ lục I	01	Máy (≥ 300 test/giờ)
2	Máy xét nghiệm huyết học	Chi tiết theo Phụ lục I	01	Máy
3	Máy xét nghiệm miễn dịch các loại (máy xét nghiệm miễn dịch tự động)	Chi tiết theo Phụ lục I	01	Máy (≤ 200)

				test/giờ)
4	Tủ trữ máu	<i>Chi tiết theo Phụ lục I</i>	01	Cái
5	Máy siêu âm chuyên tim mạch	<i>Chi tiết theo Phụ lục I</i>	01	Máy
6	Máy và ghế nha khoa	<i>Chi tiết theo Phụ lục I</i>	01	Máy
7	Hệ thống nội soi tai mũi họng	<i>Chi tiết theo Phụ lục I</i>	01	Hệ thống
8	Giường đa năng hồi sức cấp cứu	<i>Chi tiết theo Phụ lục I</i>	06	Cái
9	Tủ sấy (≥ 108 lít)	<i>Chi tiết theo Phụ lục I</i>	04	Cái
10	Nồi hấp tiệt trùng	<i>Chi tiết theo Phụ lục I</i>	01	Cái
11	Máy X - quang C Arm	<i>Chi tiết theo Phụ lục I</i>	01	Máy
12	Máy X - quang di động	<i>Chi tiết theo Phụ lục I</i>	01	Máy
13	Máy phá rung tim	<i>Chi tiết theo Phụ lục I</i>	01	Máy
14	Máy súc rửa dạ dày	<i>Chi tiết theo Phụ lục I</i>	01	Máy
15	Đèn mổ di động	<i>Chi tiết theo Phụ lục I</i>	01	Cái
16	Dao mổ điện cao tần	<i>Chi tiết theo Phụ lục I</i>	01	Cái
Tổng cộng: 16 mục				

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Tại địa chỉ số 04 Trần Hưng Đạo, Phường Hội An, thành phố Đà Nẵng

3. Thời gian giao hàng dự kiến: quý II năm 2027.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thỏa thuận khi thương thảo hợp đồng.

5. Các thông tin khác:

Báo giá phải thể hiện rõ giá trị thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, thiết bị.

Hồ sơ báo giá bao gồm:

- + Báo giá có đóng dấu hợp pháp của đơn vị chào giá;
- + Bản mô tả cấu hình cơ bản và thông số kỹ thuật chi tiết của từng thiết bị phù hợp với yêu cầu (bản mềm và bản scan gửi vào email);
- + Catalog thiết bị phù hợp với yêu cầu (bản cứng + bản mềm).;
- + Tài liệu chứng minh tiêu chuẩn chất lượng (của thiết bị chào giá): bản gốc scan+bản dịch tiếng Việt (đóng dấu công ty);
- + Kê khai giá (nếu có).

Ghi chú:

+ Báo giá gồm 03 bản gốc được niêm phong, phía ngoài bì hồ sơ chào giá ghi rõ “Thư chào giá thiết bị y tế” gửi Trung tâm Y tế khu vực Hội An.

+ Mẫu Báo giá được đính kèm theo phụ lục II. Các đơn vị gửi sai mẫu báo giá này được xem như không hợp lệ và không được xem xét.

Rất mong nhận được sự quan tâm của các đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, K.D-VT-TBYT.

GIÁM ĐỐC

Lê Chí Khái

tannd7 - 28/08/2026 10:17:59 - tannd7 - tannd7 - tannd7

Phụ lục I

(Kèm theo Công văn số /TTYT, ngày /8/2026 của Trung tâm Y tế khu vực Hội An)

Stt	Tên thiết bị	Cấu hình và tính năng kỹ thuật yêu cầu cơ bản
1	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại (Máy xét nghiệm sinh hóa tự động)	I. YÊU CẦU CHUNG - Năm sản xuất: 2026 trở về sau. - Chất lượng: Thiết bị mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, CE hoặc tương đương - Xuất xứ: các nước công nghiệp phát triển G7 - Nguồn điện: 220VAC$\pm$10%, 50/60Hz - Môi trường sử dụng: + Nhiệt độ: $\geq 30^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm $\geq 80\%$ II. YÊU CẦU CẤU HÌNH - Máy chính: 01 máy - Máy tính kèm phần mềm điều khiển: 01 chiếc - Máy in khổ giấy A4: 01 chiếc - Khay đựng bệnh phẩm: 01 chiếc - Khay đựng hóa chất: 01 chiếc - Cuvette: 01 bộ - Bộ hóa chất ban đầu: GOT, GPT, Glucose,... mỗi loại 1 hộp - Calibrator và QC tương ứng với hóa chất ban đầu: mỗi loại 1 lọ. - Dịch rửa đi kèm theo máy: 1 bộ - Bộ lưu điện $\geq 2\text{KVA}$: 1 bộ - Bộ lọc nước RO công suất: $\geq 20\text{L/giờ}$ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ
2	Máy xét nghiệm huyết học	I. YÊU CẦU CHUNG: - Năm sản xuất: 2026 trở về sau. - Chất lượng: Thiết bị mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, CE hoặc tương đương - Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 - Nguồn điện: 220VAC$\pm$10%, 50/60Hz - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm tối đa: $\geq 75\%$ II. YÊU CẦU CẤU HÌNH: - Máy chính: 01 chiếc - Hóa chất chạy thử: 01 bộ - Bộ lưu điện: 01 bộ - Bình thải: 01 bình - Bộ đọc mã vạch: 01 chiếc - Máy in: 01 chiếc - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ
3	Máy xét nghiệm miễn dịch các loại (Máy xét	I. YÊU CẦU CHUNG - Năm sản xuất: 2026 trở về sau.

	thiết bị xét nghiệm miễn dịch tự động)	- Chất lượng: Thiết bị mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, CE hoặc tương đương - Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 - Nguồn điện: 220VAC±10%, 50/60Hz II. YÊU CẦU CẤU HÌNH 1. Máy xét nghiệm miễn dịch và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ 2. Bộ phận cung ứng mẫu: 01 cái 3. Bộ phận điều khiển kèm màn hình cảm ứng 4. Máy tính PC: 01 bộ 5. Hoá chất chạy thử máy: 01 bộ 6. Hệ thống lọc nước: 01 hệ thống 7. Bộ lưu điện: 01 bộ 8. Máy in laser: 01 cái 9. Bàn để máy tính: 01 cái 10. Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt) : 01 bộ
4	Tủ trữ máu	I. YÊU CẦU CHUNG: - Năm sản xuất: 2026 trở về sau. - Chất lượng: Thiết bị mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, CE hoặc tương đương - Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 - Nguồn điện: 220VAC±10%, 50/60Hz II. YÊU CẦU CẤU HÌNH: - Tủ chính + phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ - Phụ kiện đầy đủ kèm theo: 01 Bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ
5	Máy siêu âm chuyên tim mạch	I. YÊU CẦU CHUNG - Năm sản xuất: 2026 trở về sau. - Chất lượng: Thiết bị mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, CE, FDA hoặc tương đương - Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 - Nguồn điện: 220VAC±10%, 50/60Hz II. YÊU CẦU CẤU HÌNH - Máy chính: 01 Máy - Đầu dò Convex: 01 cái - Đầu dò Linear: 01 cái - Đầu dò Tim: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ - Máy in nhiệt trắng đen: 01 cái - Bộ máy vi tính cài đặt phần cứng và phần mềm trả kết quả siêu âm: 01 bộ - Ổ đĩa DVD rời: 01 bộ. - Máy in phun màu: 01 cái.

		- Bộ lưu điện UPS online $\geq 2\text{kVA}$: 01 bộ. - Bộ bàn để máy vi tính
6	Máy và ghế nha khoa	<u>I. Yêu cầu chung</u> - Năm sản xuất: 2026 trở về sau - Nước sản xuất: các nước thuộc nhóm G7 - Thiết bị mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, CE hoặc tương đương - Nguồn điện: $220\text{VAC} \pm 10\%$, 50/60Hz - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^\circ\text{C}$ + Độ ẩm tối đa: $\geq 70\%$ <u>II. Cấu hình cho 1 hệ thống</u> - Ghế bệnh nhân: 01 bộ - Đèn điều trị: 01 bộ - Hệ thống nước của bồn nhỏ và vòi nước: 01 bộ - Mâm dụng cụ nha sĩ: 01 bộ - Hệ thống trợ thủ: 01 bộ - Pedal điều khiển: 01 bộ - Ghế nha sĩ: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ
7	Hệ thống nội soi tai mũi họng	<u>I. YÊU CẦU CHUNG</u> - Năm sản xuất: 2026 trở về sau. - Chất lượng: Thiết bị mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, CE hoặc tương đương - Xuất xứ: các nước thuộc nhóm G7 - Nguồn điện: $220\text{VAC} \pm 10\%$, 50/60Hz - Môi trường hoạt động + Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^\circ\text{C}$ + Độ ẩm tối đa: $\geq 75\%$ <u>II. YÊU CẦU CẤU HÌNH</u> - Bộ xử lý ảnh: 01 bộ - Nguồn sáng: 01 bộ - Màn hình chuyên dụng cho nội soi: 01 bộ - Camera: 01 cái - Dây dẫn sáng: 01 cái - Ống soi 0° độ: 01 cái - Ống soi 30° độ: 01 cái - Ống soi 45° : 01 cái - Xe đẩy đặt máy: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ
8	Giường đa năng hồi sức cấp cứu	<u>I. YÊU CẦU CHUNG:</u> Năm sản xuất: 2026 trở về sau. Chất lượng: Thiết bị mới 100%.

		Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, CE hoặc tương đương Nguồn điện: 220VAC±10%, 50/60Hz - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ: $\geq 30^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm: $\geq 75\%$ II. YÊU CẦU CẤU HÌNH: Giường chính kèm khung: 01 bộ Bánh xe: 01 bộ Thành chắn: 01 bộ Tấm đầu giường: 02 chiếc Bảng điều khiển điều dưỡng gắn thành: 02 chiếc Bảng điều khiển bệnh nhân gắn thành: 02 chiếc Ăc qui: 01 chiếc Cọc truyền dịch: 01 chiếc - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ
9	Tủ sấy (≥ 108 lít)	YÊU CẦU CHUNG Năm sản xuất: 2026 trở về sau. Chất lượng: Thiết bị mới 100%. Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, CE hoặc tương đương Xuất xứ: các nước thuộc nhóm G7 - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ
10	Nồi hấp tiệt trùng	I. THÔNG TIN CHUNG Năm sản xuất: 2026 trở về sau. Chất lượng: Thiết bị mới 100%. Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, CE hoặc tương đương - Nguồn điện: 220VAC±10%, 50/60Hz - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ: $\geq 30^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm: $\geq 75\%$ II. CẤU HÌNH CUNG CẤP 1. Máy chính: 01 cái 2. Bộ tạo hơi nước tích hợp trong máy chính: 01 cái 3. Bộ tạo chân không tích hợp trong máy chính: 01 bộ 4. Máy in tích hợp trong máy chính: 01 cái 5. Xe đẩy giá tải đồ hấp: 02 cái 6. Giá tải đồ hấp: 02 cái 7. Giỏ đựng đồ tiệt trùng: 10 cái 8. Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

11	Máy X - quang C Arm	I. YÊU CẦU CHUNG - Năm sản xuất: 2026 trở về sau. - Chất lượng: Thiết bị mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, CE hoặc tương đương - Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 - Nguồn điện: 220VAC$\pm$10%, 50/60Hz II. YÊU CẦU CẤU HÌNH - Hệ thống máy chính: 01 cái. - Hệ thống chuẩn trực: 01 cái. - Hệ thống xử lý: 01 cái. - Bộ nguồn cao tần : 01 cái. - Bóng phát tia: : 01 bộ - Tấm nhận ảnh phẳng: 01 bộ - Công tắc phát tia X: 01 bộ - Xe đẩy màn hình: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt) : 01 bộ
12	Máy X - quang di động	I. YÊU CẦU CHUNG - Năm sản xuất: 2026 trở về sau. - Chất lượng: Thiết bị mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, CE hoặc tương đương - Xuất xứ: Các nước công nghiệp phát triển G7 - Có tài liệu thuyết minh kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị bằng tiếng Anh và tiếng Việt. II. YÊU CẦU CẤU HÌNH - Thân máy chính di động: 01 Bộ - Nguồn điều khiển phát tia cao tần: 01 Bộ (Công suất $\geq 20\text{kW}$) - Bóng X-quang: 01 Cái - Bộ chuẩn trực chùm tia: 01 Bộ - Tấm cảm biến phẳng nhận ảnh không dây: 01 Tấm - Máy tính xách tay điều khiển và xử lý ảnh kỹ thuật số: 01 Bộ - Phụ kiện kết nối theo hệ thống: 01 Bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ
13	Máy phá rung tim	<u>Thông tin chung:</u> - Năm sản xuất: 2026 trở về sau - Máy mới 100% - Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: CE, ISO 13485 hoặc tương đương. - Điện áp làm việc: 220 V; 50/60 Hz. - Nhiệt độ môi trường: + Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm tối đa: $\geq 80\%$ <u>Cấu hình cung cấp bao gồm:</u> - 01 Máy chính. - 01 Cặp bản cực đánh sốc người lớn tích hợp trẻ em.

	- 01 Cáp điện tim - 01 Pin sạc tích hợp trong máy - 01 Máy in nhiệt tích hợp trong máy - 02 Cuộn giấy in nhiệt - 02 Gel bôi trơn điện cực. - 01 Dây nguồn. - Điện cực tim và cặp điện cực đảm bảo đủ dùng để thử máy + Sách HDSĐ (Tiếng Anh + Tiếng Việt). <u>Tính năng kỹ thuật:</u> 1.Màn hình hiển thị: - Màn hình LCD; Có độ phân giải cao. - Hiển thị các thông số: thông số hoạt động, sóng điện tim ECG, thông số đo, nhịp tim, bộ lọc, báo động và tình trạng pin 2.Chế độ sốc tim bằng tay: - Chức năng phóng điện kiểu hai pha rút ngắn theo cấp số nhân. - Trở kháng : $\leq 25 - \geq 200$ Ohm - Thời gian nạp năng lượng: ≤ 6 giây ở 230J với pin sạc đầy - Số lần sốc tim ≥ 100 lần sốc ở 230J với pin sạc đầy - Mức năng lượng : $\leq 1 - \geq 230$J (từ 1- 10J điều chỉnh trong 10 bước, từ 10 – 230J điều chỉnh trong 10 bước) - Có nút xoay đa chức năng - Nút nhấn sốc điện và nạp ở mặt trước của máy cho sốc điện bằng tay - Bàn đánh sốc dùng cho người lớn và trẻ em với chức năng nạp và sốc điện - Đồng bộ sóng ECG - Có bộ chỉ thị bằng đèn Led cho nguồn điện và pin sạc - Nút nhấn màu sáng rõ ràng và trực quan 3.Theo dõi ECG - Băng tần: 0.5 đến 120Hz (-3dB) với tắt chế độ lọc - CMRR : > 90dB - Trở kháng ngõ vào : > 20 Mohm - Cáp bệnh nhân loại 3 cực (I, II, III) - Lọc: 50/60 Hz, lọc EMG, baseline - Nhịp tim: $\leq 20 - \geq 300$ bpm ($\pm 2\%$) - Báo động: cài đặt HR tối đa 250 bpm, tối thiểu 20 bpm 4.Chức năng sốc tim tự động AED - Năng lượng: ≥ 150J - Xoay chuyển loạn nhịp: VF (rung thất) với khuếch đại $> 100\mu V$, VT (nhịp nhanh thất) với nhịp > 150 bpm - Độ nhạy: + Nhịp sốc: VF $> 95\%$; + Nhịp sốc : VT $> 75\%$ 5. Chức năng tạo nhịp ngoài: - Loại: Sóng hình chữ nhật - Chức năng hoạt động: Cố định hay theo yêu cầu - Tần số nhịp xung: $\leq 30 - \geq 250$ ppm, điều chỉnh mỗi
--	--

		bước 5ppm 6. Máy in: - Tích hợp máy in nhiệt cho tín hiệu sóng ECG và sự kiện. - Tốc độ in 5, 10, 25 mm/giây. - Chức năng in: bằng tay, tự động (ghi 10 giây trước và sau khi sốc) 7. Nguồn điện cung cấp: - Pin sạc $\geq 14V - 2 Ah$ - Nguồn sạc chính: 100-240V, 50/60Hz - Bộ nhớ bên trong máy: thẻ nhớ $\geq 2GB$ lưu trữ lên đến ≥ 300 giờ sóng ECG, xem lại sự kiện và sử dụng
14	Máy súc rửa dạ dày (hệ thống kín)	I. YÊU CẦU CHUNG: Năm sản xuất: 2026 trở về sau. Chất lượng: Thiết bị mới 100%. Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, CE hoặc tương đương Xuất xứ máy chính: các nước thuộc nhóm G7 Nguồn điện: 220VAC$\pm$10%, 50/60Hz - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ: $\geq 30^{\circ}C$ + Độ ẩm: $\geq 75\%$ II. YÊU CẦU CẤU HÌNH: Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ
15	Đèn mổ di động	I. YÊU CẦU CHUNG - Năm sản xuất: 2026 trở về sau. - Chất lượng: Thiết bị mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, CE hoặc tương đương II. YÊU CẦU CẤU HÌNH - Chóa đèn LED kèm giá đỡ có bánh xe di chuyển: 01 bộ - Tay nắm đèn: 02 cái - Phụ kiện lắp đặt: 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ
16	Dao mổ điện cao tần	I. YÊU CẦU CHUNG - Năm sản xuất: 2026 trở về sau. - Chất lượng: Thiết bị mới 100%. - Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, CE hoặc tương đương - Xuất xứ: các nước thuộc nhóm G7 - Thiết bị đạt tiêu chuẩn chống thấm nước (chất lỏng) - Nguồn điện: 220VAC$\pm$10%, 50/60Hz - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}C$. + Độ ẩm tối đa: $\geq 75\%$ II. YÊU CẦU CẤU HÌNH - Máy chính: 01 Cái. - Bàn đạp chân điều khiển đơn cực và lưỡng cực: 01 Cái.

		- Kẹp lưỡng cực dùng nhiều lần, hấp tiệt khuẩn 134°C: 01 cái - Dây nối kẹp lưỡng cực dùng nhiều lần dài $\geq 4\text{m}$, hấp tiệt khuẩn 134°C: 01 Cái. - Tấm điện cực trung tính dùng một lần có chức năng theo dõi: 10 Cái. - Dây nối tấm điện cực trung tính dùng nhiều lần $\geq 4\text{m}$, hấp tiệt khuẩn 134°C: 01 Cái. - Tay dao đơn cực hai nút bấm, dùng 1 lần: 02 Cái. - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ Việt: 01 Bộ. - Xe đẩy máy chuyên dụng: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ
--	--	--

Phụ lục II
Mẫu báo giá
Áp dụng đối với gói thầu mua sắm thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho thiết bị y tế

(Kèm theo Công văn số /TTYT, ngày /8/2026 của Trung tâm Y tế khu vực Hội An)

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, cấu hình, thông số kỹ thuật, catalogue và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 180 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.