

Số: 954/TM-TTYT

Hội An, ngày 22 tháng 11 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Cung ứng phim chụp X-quang phục vụ hoạt động khám chữa bệnh cho
Trung tâm Y tế thành phố Hội An

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp vật tư y tế, hàng hoá liên quan.

Trung tâm Y tế thành phố Hội An đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm Phim X-quang với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thành phố Hội An.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ds. Nguyễn Thị Diễm Hồng – Khoa Dược-TTB-VTYT.

Số điện thoại : 0235.3861309 ; Email : khoaduocbvha12345@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Với tiêu đề “Báo giá Phim X-quang của công ty.....”

Khoa Dược-TTB-VTYT – Trung tâm Y tế thành phố Hội An, Số 04 Trần Hưng Đạo, phường Sơn Phong, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Đồng thời file mềm gửi qua Email: khoaduocbvha12345@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h ngày 22 tháng 11 năm 2023 đến trước 07h ngày 04 tháng 12 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày đăng tải yêu cầu báo giá.

II. Hồ sơ yêu cầu báo giá bao gồm:

- Biểu chào giá (mẫu đính kèm thư mời báo giá);

- Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế;

- Các quyết định trúng thầu còn hiệu lực trong vòng 120 ngày (nếu có)

Kính đề nghị các Quý công ty quan tâm, phối hợp gửi báo giá về Trung tâm Y tế thành phố Hội An.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, K.D-TTB-VTYT

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Cảnh



DANH MỤC HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ CHÀO GIÁ

(Đính kèm theo Yêu cầu báo giá số: 954/TM-TTYT ngày 22 tháng 11 năm 2023 của Trung tâm Y tế thành phố Hội An)

STT	Tên mặt hàng	Thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
01	Phim X-Ray khô DI-HT 25 x 30cm	<ul style="list-style-type: none">- Công nghệ in được sản xuất tại các nước thuộc EU hoặc G7.- Thành phần: PET dày 168μm, phủ muối bạc và lớp chống trầy xước, chống ẩm.- Độ tương phản từ 0.6 đến 2.0- Độ nhạy tối thiểu có thể in từ >0 đến < 0.5- Độ đậm quang học tối đa ≥ 3.1;	Tám	3500
02	Phim X-Quang Y Tế AGFA DRYSTAR DT 5.000I B 14x17inch (35x43cm)	<ul style="list-style-type: none">- Kích thước 35x43cm (14x17 inch).- Công nghệ in khô, kỹ thuật số trực tiếp (Direct Digital Imaging Technology).- Công nghệ in được sản xuất tại các nước thuộc EU hoặc G7.- Thành phần: PET dày 168μm, phủ muối bạc và lớp chống trầy xước, chống ẩm.- Độ đậm quang học tối đa ≥ 3.1;	Tám	500
Tổng cộng : 02 mặt hàng				



BẢNG KÊ KHAI DỮ LIỆU HÀNG HÓA BÁO GIÁ

Tên nhà thầu/cty:
Địa chỉ:
Số điện thoại:

Kính gửi: Trung tâm Y tế thành phố Hội An

Theo Yêu cầu báo giá số 954/TM-TTYT ngày 22/11/2023. Chúng tôi (tên đơn vị)..... Xin gửi đến Quý Trung tâm báo giá và thông tin của hàng hoá như sau:

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại, ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm	Thông số kỹ thuật nhà thầu đáp ứng	Hãng sản xuất/Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Mã kê khai	Đơn giá đã kê khai (VNĐ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8x9	11	12

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa)

Chúng tôi cam kết những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Giá trị của các hàng hóa y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh. Trong trường hợp có sai sót chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Báo giá có hiệu lực :

....., ngàytháng.....năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]